

Mszana Dolna dn. 29 października 2020r.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rakoczego 9
34-730 Mszana Dolna

Dotyczy zamówienia ofertowego nr DPS.ZP-271-2-15/20

Wyjaśnienie nr 1

Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm./

Na :

dostawę fabrycznie nowego aparatu do dekontaminacji pomieszczeń wraz ze środkami eksploatacyjnymi dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach Projektu grantowego: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

na pytanie Wykonawcy udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głośności pracy maksymalnie 40 dB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o głośności pracy maksymalnie 40 dB.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 135 mm x 325 mm x 1300?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o powyższych wymiarach.

Pytanie 3

Dotyczy: wydajność: 1000 m³/h

Czy Zamawiający ma na myśli przepływ powietrza czy wielkość oczyszczonego powietrza?

Nasze urządzenie posiada wydajność przepływu powietrza na poziomie 60 m³/h oraz wydajność oczyszczonego powietrza na poziomie 13 m³/h (297 m³/dobę).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wydajność 1000 m³/h określa wielkość oczyszczonego powietrza w ciągu godziny.

Parametry urządzenia winny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Dotyczy: wyposażony w środki eksploatacyjne

Czy Zamawiający ma na myśli wyposażenie w środki eksploatacyjne w trakcie trwania gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaopatrzenia w środki eksploatacyjne na czas trwania okresu gwarancji.

**Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej**

mgr Małgorzata Łukasik